

平成22年度 胃がん検診の検診実施機関チェックリスト[実績]

	宇都宮健康クリニック	宇都宮東病院	宇都宮市医療保険事業団	佐野市民病院	栃木県保健衛生事業団	県立がんセンター
1 受診者への説明						
(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせているか	○	○	○	○	○	○
(2) 精密検査の方法や内容について説明しているか	○	○	○	○	○	○
(3) 精密検査の結果の市町村への報告などの個人情報の取り扱いについて、受診者に対し十分な説明を行っているか	○	○	○	○	○	○

2 問診および撮影の精度管理

(1) 検査項目は、問診及び胃部X線検査としているか	○	○	○	○	○	○
(2) 問診は現在の病状、既往症、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取しているか	○	○	○	○	○	○
(3) 問診記録は少なくとも5年間は保存しているか	○	○	○	○	○	○
(4) 撮影機器の種類(直接・間接・DR撮影、イメージ・インテンシファイア(II)方式等)を明らかにしているか原則として間接撮影で、10X10cm以上のフィルムでII方式とする	○	○	○	○	○	○
(5) 撮影の枚数は最低7枚としているか	○	○	○	○	○	○
(6) 撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式によるものとしているか注2)	○	○	○	○	○	○
(7) 造影剤の使用にあたっては、その濃度を適切に(180~220W/V%の高濃度バリウム、120~150mlとする)保つとともに、副作用等の事故に注意しているか	○	○	○	○	○	○
(8) 撮影技師は撮影に関して、日本消化器がん検診学会による研修を修了しているか	○	○	○	×	○	○
(9) 撮影技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しているか	○	×	×	×	○	○

3 読影の精度管理

(1) 読影に従事する医師は、読影医全数と日本消化器がん学会認定医数を報告しているか	○	×	○	×	○	○
(2) 読影は、原則として2名以上の医師によって行っているか(うち一人は日本消化器がん検診学会の認定医とする)その結果に応じて過去に撮影したX線写真と比較読影しているか	○	○	○	×	○	○
(3) X線写真は少なくとも3年間は保存しているか	○	○	○	○	○	○
(4) 検診結果は少なくとも5年間は保存しているか	○	○	○	○	○	○

4 システムとしての精度管理

(1) 精密検査結果及び治療注3)結果の報告を精密検査実施機関から受けているか	○	○	○	○	○	○
(2) 診断のための検討会や委員会(第三者の胃がん専門家を交えた会)を設置しているか	○	○	○	×	○	×
(3) 都道府県がプロセス指標(受診率、要精密検査率、精密検査受診率、がん発見率、陽性反応適中度)に基づく検討ができるようデータを提出しているか	○	○	○	×	○	○
(4) 実施主体へのがん検診の集計・報告は、地域保健・健康増進事業報告に必要な項目で集計しているか	○	○	○	○	○	○

遵守されていない項目数	0	2	1	6	0	1
評価(遵守されていない項目数による、「A」=0、「B」=1-4、「C」=5-8、「D」=9以上)	A	B	B	C	A	B

注 1) 本チェックリストは「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」一部改正(平成18年3月通達)に基づき作成した

注 2) 新・撮影法・変法、直接撮影法、DR(Digital Radiography)及びFPD(Flat Panel Detector)による撮影法は日本消化器がん検診学会発行、新・胃X線撮影法(間接・直接)ガイドライン(2005)を参照

注 3) 組織や病期把握のための内視鏡治療など