

県産農産物等の検査結果

検査結果

平成25年7月25日 栃木県農政部

No	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
1	トマト	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.1)	7月23日	Ge	
2	ピーマン	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	7月23日	Ge	
3	とうがらし	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.4)	7月23日	NaI	
4	とうがらし	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<6.7)	検出せず (<5.9)	7月23日	NaI	
5	ししとう	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<7.4)	検出せず (<6.5)	7月23日	NaI	
6	パプリカ	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.3)	7月23日	NaI	
7	しろうり	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.3)	7月23日	NaI	
8	しろうり	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	7月23日	NaI	
9	しろうり	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.2)	7月23日	NaI	
10	すいか	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<13)	検出せず (<12)	7月23日	NaI	
11	すいか	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.2)	7月23日	NaI	
12	すいか	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.2)	7月22日	NaI	
13	ズッキーニ	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<13)	検出せず (<11)	7月23日	NaI	
14	とうがん	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<6.7)	検出せず (<6.7)	7月23日	NaI	
15	まくわうり	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	7月22日	NaI	
16	夏秋いちご	ハウス	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.6)	7月23日	Ge	
17	おくら	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<6.0)	検出せず (<5.3)	7月23日	NaI	
18	おくら	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<13)	検出せず (<12)	7月23日	NaI	
19	食用ほおずき	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<5.3)	検出せず (<4.9)	7月22日	NaI	
20	高冷地ほうれんそう	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.4)	7月23日	Ge	
21	高冷地ほうれんそう	ハウス	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	7月23日	Ge	
22	つるな	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)	7月23日	NaI	
23	つるな	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	7月22日	NaI	
24	キャベツ	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<3.1)	7月23日	Ge	
25	にら	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.5)	7月23日	Ge	
26	にら	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<3.1)	7月23日	Ge	
27	にら	ハウス	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.0)	7月23日	Ge	
28	ブロッコリー	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.0)	7月23日	Ge	
29	さといも(葉柄)	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.6)	7月22日	NaI	ずいき
30	みつば	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<8.4)	検出せず (<7.7)	7月19日	NaI	
31	パセリ	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)	7月22日	NaI	
32	しそ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)	7月24日	NaI	
33	バジル	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	7月24日	NaI	
34	しょうが	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.0)	7月19日	Ge	
35	しょうが	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<1.8)	検出せず (<2.7)	7月23日	Ge	
36	にんじん	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.8)	7月23日	Ge	
37	アロニア	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<8.0)	検出せず (<7.5)	7月24日	NaI	チョコレート
38	いちじく	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.3)	7月23日	NaI	
39	いちじく	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<13)	検出せず (<12)	7月23日	NaI	
40	いちじく	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<5.2)	検出せず (<4.7)	7月23日	NaI	
41	なし	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	7月23日	Ge	
42	なし	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.6)	7月23日	Ge	
43	なし	露地	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.4)	7月23日	Ge	
44	なし	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	7月23日	Ge	
45	なし	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.0)	7月23日	Ge	
46	ぶどう	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.2)	7月23日	Ge	
47	もも	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	7月23日	Ge	
48	みょうが	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<9.8)	検出せず (<9.4)	7月23日	Ge	
49	みょうが	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<5.9)	検出せず (<5.3)	7月23日	NaI	
50	みょうが	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<4.2)	検出せず (<3.6)	7月18日	NaI	
51	みょうが	露地	那須塩原市	適合	6.4	3.02	3.37	7月22日	NaI	
52	みょうが	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<6.1)	検出せず (<5.5)	7月23日	NaI	
53	みょうが	露地	上三川町	適合	9.7	検出せず (<7.0)	9.70	7月22日	NaI	
54	みょうが	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<8.2)	検出せず (<7.4)	7月23日	NaI	
55	かんぴょう	加工品 ^{※1}	真岡市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	7月23日	Ge	
56	どくだみ茶	加工品	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	7月23日	NaI	飲用状態
57	原乳	CS ^{※2}	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)	7月24日	Ge	
58	原乳	CS ^{※3}	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<1.1)	検出せず (<0.86)	7月24日	Ge	
59	原乳	CS ^{※4}	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.2)	7月24日	Ge	

基準値 (一般食品)
(飲料水)
(牛乳)

100Bq/kg
10Bq/kg
50Bq/kg

- 注1) ()内の数値は検出限界値であり、「検出せず (<3)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興事務所」を示します。

※1:かんぴょうは、5.3倍程度の重量に水戻した状態で検査。
 ※2:CSはクーラステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、那須町。
 ※3:同上。集乳エリアは、宇都宮市、益子町、茂木町、市貝町、高根沢町。
 ※4:同上。集乳エリアは、鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市。